



Eichzertifikat Nr. 259-20224

<i>Gegenstand</i>	Schallanalysator Larson Davis, Typ 831C, S.-Nr. 10263 Mikrofon, PCB, Typ 377B02, S.-Nr. 175006 Vorverstärker, Larson Davis, Typ PRM831, S.-Nr. 051078
<i>Auftraggeber</i>	Ingenieurbüro Dollenmeier GmbH Regensbergstrasse 16 8157 Dielsdorf
<i>Anforderungen</i>	Das Messmittel wurde entsprechend den Anforderungen der Verordnung über Messmittel für die Schallmessung vom 24. September 2010 geprüft.
<i>Bestätigung</i>	Das Messmittel erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.
<i>Datum der Eichung</i>	1. Juni 2021
<i>Kennzeichnung</i>	Eichmarke METAS 06/23
<i>Gültigkeit</i>	Die Eichung ist bis 30. Juni 2023 gültig, solange das Messmittel den rechtlichen Anforderungen entspricht und keine Sicherungsmechanismen verletzt sind oder messrelevante Teile repariert wurden.
<i>Datum</i>	10. Juni 2021
<i>Für die Eichung</i>	Claudio Ratti
<i>Freigabe durch</i>	Dr. Christian Hof, Laborleiter Labor für Akustik und Vibration